

# PRÜFBERICHT




## Messkluppe CODIMEX - L 40 – 70 cm

Prüf Nr. 5136

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Codimex GmbH  
P-01-493 Warschau

[www.codimex.com.pl](http://www.codimex.com.pl)



## Beurteilung



Messkluppe CODIMEX –L 40 – 100 cm

Firma Codimex GmbH; ul. Czerwonych Makow 12/33  
01-493 Warschau-Polen

### Einsatzbereich:

Durchmesserermittlung von Rundholz

Prüfmerkmal	Prüfergebnis	Bewertung
Ablesbarkeit	Beschriftung beidseitig Strichskala mit 0,5 cm Teilungsintervall und Zentimeterzahlen	+
Stabilität	genügend stabile Messschiene und Mess- schenkel	O
Handhabung	gute Griffgestaltung, Messschenkel nicht aus- tauschbar. Schiebewiderstand einstellbar niedriges Gewicht	+
Eichung	Innerstaatliche Bauartzulassung (PTB) Zulassungszeichen 1.2 / 09.01	+

++ = sehr gut; + = gut; O = Standard; - = ausreichend; -- ungenügend

### Beschreibung:

Leichtmetall-Messschiene aus 25 x 5 mm-Rechteck-Profil mit schwarzer Beschriftung,  
Teilung 0,5 cm; Messschenkel aus Leichtmetall, fest mit dem Schub- bzw. Griffstück aus  
Kunststoff (glasfaserverstärkter ABS) verbunden.

	40 cm	45 cm	50	60	65 cm	70 cm
Länge [mm]	576	626	677	775	827	877
Messschenkel [mm]	246	271	296	346	371	397
Gewicht [g]	365	385	417	461	492	520

### KWF - Gebrauchswertanerkennung Juni 2009

Forsttechnischer Prüfausschuss

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Verantwortlicher Prüffingenieur:

Spremberger Straße 1; 64823 Groß-Umstadt

Dietmar Ruppert

Tel 06078-785-0; Telefax: 06078/785-39

[ruppert@kwf-online.de](mailto:ruppert@kwf-online.de)

[www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de)